

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape cotton "H Dr. House" Пластир медичний на тканинній основі "H Dr. House"	Specification Розмір	1cm×500cm, 2cm×500cm, 2,5cm×500cm, 3cm×500cm, 4cm×500cm, 5cm×500cm
Order No./ Заказ №	LXC22020168	Lot No./ Партія №	22020168
Quantity Кількість	203 400 Rolls 203 400 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.05.22
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153030	Date of report Дата звіту	2022.05.22
Дата виготовлення	2022.06	Термін придатності	2027.05

Check result/Результат перевірки


Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Результат перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обезкляювання	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	501.3	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.0±0.05 2.0/2.5.0/3.0/4.0/5.0±0.1	1.00/2.5 2.0/3.0/4.0/5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥80 g/m ²	109	OK Відповідає	
4.4	Peel off strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.8	OK Відповідає	
4.5	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5mm	0	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153030/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153030

Інспектор(Inspector)

Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver)



For call ~ 0611 by 22/05/2022