



ФАРМАК



Тел. (044) 496-87-87, Тел./факс (044) 239-19-38, Тел./факс (044)49689-42, Тел. (044) 485-26-57 (цілодобово)

Сертифікат якості № 040000117711

Спрей назальний з морською водою "Пшик" 2,1 % гіпертонічний по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці

Номер серії: 24089832 Країна отримувач: Україна
Кількість продукції: 29.915 Тис.упак.
Дата виробництва: 08.2024
Аналіз виконаний по: Спец Finpr000048/2

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна рідина вільна від сторонніх часток	Відповідає
pH	Від 6,0 до 8,0	7,4
Маса розчину, що вивільняється	Не менше 96 г	99 г
Тиск	Від 4,5 бар до 6,5 бар	5,5 Бар
Концентрація натрію хлориду	Від 2,0 % до 2,2 % (м/м)	2,1 %
Маса нетто **	Від 98 г до 102 г	Відповідає
Стерилізація **	Стерильний	Відповідає
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 3 роки До 08.2027

Умови зберігання: При температурі від 15°C до 30°C. Захищати від сонячного світла.

Коментарі:

**За виробником

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог технічного регламенту щодо медичних виробів, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність нормативній документації.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП

Яременко В.В.



24.09.2024

Виробнича дільниця:

Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015



ФАРМАК



Тел. (044) 496-87-87, Тел./факс (044) 239-19-38, Тел./факс (044) 49689-42, Тел. (044) 485-26-57 (цілодобово)

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019

Вх. аналіз № 2061 від 03.10.21 Рев'ю