

Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ

**Сертифікат безпеки та якості**  
**Декларація виробника**  
**Прокладки фіксуєючи для зубних протезів нижньої щелепи**  
**ПРОТЕФІКС**  
**Арт. 22100**

№ серії: 11731054  
Придатний до: 05.2028

Параметр аналізу	Специфікація	Результат
Опис	полотно кремово-білого кольору, RAL № 9001/9010	відповідає
Запах	схожий з запахом речовин аміногрупи	відповідає
Товщина шару	зліва: 0,45 – 0,64 мм зправа: 0,45 – 0,64 мм	0,52 мм 0,52 мм
Вага прокладки для нижньої щелепи	0,27 – 0,36 г/прокладку	0,35 г
Розділення полотна / шар	Розділення через 4 хвилини	відповідає
Мікробіологічна чистота (кожна серія)	Євр. Фарм. , 5.1.4, категорія 3А	-

Серія № 11731054 продукту Прокладки фіксуєючи для зубних протезів нижньої щелепи ПРОТЕФІКС була проаналізована та дозволена до продажу відділом перевірки якості. Результати аналізу відповідають параметрам специфікації. Сертифікат виготовлений електронним способом. Підпис дійсний.

Дата: 25.07.2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Др. А. Босси  
 Співробітник відділу забезпечення якості