



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9

| Назва продукції | Виконання | |
|---|-------------|----------|
| Пелюшки гігієнічні Компактні, ТМ "Білосніжка" | 40см x 60см | 30 шт. |
| | | 120 шт. |
| | 60см x 60см | 30 шт. ✓ |
| | | 120 шт. |
| | 90см x 60см | 30 шт. |
| | | 120 шт. |

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-10

Дата виготовлення

2024-09

Дата закінчення терміну придатності

2027-09

Номер партії (LOT)

09

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

| № з/п | Найменування показників | Вимоги НД | | | Результати перевірки |
|-------|--|---|-------------|-------------|----------------------|
| | | 40см x 60см | 60см x 60см | 90см x 60см | |
| 1 | Зовнішній вигляд | Не допускаються зовнішні дефекти та механічні пошкодження, плями різного походження, сторонні включення | | | Відповідає |
| 2 | Маса, г, не менше | 19 | 28 | 36 | Відповідає |
| 3 | Ширина, мм | 600±20 | 600±20 | 600±20 | Відповідає |
| 4 | Довжина, мм | 400±20 | 600±20 | 900±20 | Відповідає |
| 5 | Поглинальна здатність, мл | ≥400 | ≥500 | ≥700 | Відповідає |
| 6 | Зворотна сорбція, г, не більше | 15 | 15 | 15 | Відповідає |
| 7 | Час поглинання, с, не більше | 8 | 16 | 32 | Відповідає |
| 8 | Комплектність, маркування та пакування | пп.3.4, 3.5, 3.6 ТУ У 17.2-38935759-006:2014 | | | Відповідає |
| 9 | Цілісність пакування | Споживче пакування повинно бути цілісним | | | Відповідає |

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 17.2-38935759-006:2014.

Начальник
(Посада)



С. Суїніна
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 09.2024



Вх. ам. Б0414
20.11.24