

JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China



UA TR 069

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ


За запитом української компанії ТОВ «ЛА МЕД», даним листом ми підтверджуємо, що наша продукція була виготовлена відповідно стандартів якості країни Покупця.

Артикул	Найменування		LOT	Дата виробництва
503609	Пластир для фіксації внутрішньовенного катетера «ВОЛЕС» одноразового використання стерильний 8x6 см	2029-05	250524	2024-05

Матеріал пробірки	нетканый материал з адгезивним покриттям
Маркування	Так
Стерилізація:	Стерильно (етилен оксид)
Призначення	для фіксації внутрішньовенного катетера
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Форма	Спеціальна U-подібна форма
Розмір	8x6 см
Колір	білий
Пакування	індивідуальне; 50 шт в картонній коробці

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

Виробник: JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China	Уповноважений представник виробника в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД», Україна, 04210, м. Київ, пр-т Володимира Івасюка, 2Г, корп.1.
---	---



Pro all n 2250 ver 131202 ef

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер)

Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 партія № ТС2407,

2. Найменування та місцезнаходження виробника:

ПрАТ «СКЛЮПРИЛАД» вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, 37240.

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація засобу вимірювальної техніки, яка дає змогу забезпечити її простежуваність, може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного засобу) Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 партія № ТС2407

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що* були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність ТУ 25-2022.0002-87 «Термометри скляні ТС-7-М1. Термометры стеклянные ТС-7-М1. Технические условия».

7. Призначений орган з оцінки відповідності ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» ідентифікаційний код UA.TR.113 провів роботи з перевірки відповідності (найменування, ідентифікаційний номер) термометрів скляних ТС - 7- М1 вик.10 типу, описаному в сертифікаті перевірки типу UA. TR. 001 77-20 Rev.0 та вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94, Додаток 3 Процедури оцінки відповідності за модулем D і за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки видав Сертифікат схвалення системи управління якістю № UA.TR.113-0676D/2-22 версія 2. Дата видачі: 20.09.2023.

(опис завдань)

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням ПрАТ «СКЛЮПРИЛАД»

Місце видання декларації: вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область,

Дата видання: 31.07.2024.

Заступник голови правління
ПрАТ «СКЛЮПРИЛАД»



[Handwritten signature]

Людмила Скрипчишук

