

103996

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Виробнича хіміко-аналітична лабораторія
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»

Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «19» червня 2024 р

Найменування продукції Виріб медичний **"Рідкі свічки" Гліцерин 9 мл**
Кількість одиниць в партії: **15 000 упаковок**
Партія **016**
Дата виготовлення **06.24** Термін придатності: **24 місяці від дати виготовлення**
Кінцевий строк реалізації **06.26**
Упаковка: **у пачці 6 флаконів (в комплекті з канюлею) об'ємом 9 мл** Аналіз виконаний **UA.TR.753.MD.36226540/RS-001** згідно
Умови зберігання: **Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +0 °С до +25 °С, в недоступному для дітей місці**

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	прозора, в'язка, гігроскопічна, рухома рідина.
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Прозорий
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Специфічний
4	Водневий показник, од. рН.	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 5,0 – 8,5 ГОСТ 29188.4	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 8,55-9,55 ±5	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	100 UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
10	Індекс сенсibilізуючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-009	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Завідувач виробничої
хіміко-аналітичної лабораторії

Васильєва В.В.