

# ПАСПОРТ

## БАТА медична гігроскопічна ГІГІЄНИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА

вид фасування: зіг-заг маса упаковки: 100 партія №: 1 Дата виготовлення: 02.2022 р.  
зіг-заг, рулон, стрічка

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 23721570.005-2000

### Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту ТУ	Норма	Результат
Зовнішній вигляд і вид	2.3.2, 2.2.1	Повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаруватись на паралельні шари довільної товщини. Вид – хірургічна стерильна	Відповідає
Маса фасування, маса брутто	2.2.1, 2.5.3	Згідно з ТУ У 23721570.005-2000	Відповідає
Пакування, маркування	2.5, 2.4		Відповідає
Цілісність спожиткової тари	2.3.6	Повинна бути цілісна	Відповідає
Фізико-механічні та хімічні показники:	2.3.3	Не більше 5,0%	2,5%
Масова частка щільних, нерозчесаних скопичень волокон-вузликів		Не більше 0,2%	0,14 %
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу		Не більше 0,7%	0,33%
Засміченість		Не припускається	Немає
Вміст сторонніх домішок: голочок, щепочек та ін.		Не більше 0,40%	0,22%
Зольність		Не більше 0,50%	0,21%
Масова частка жирових і воскоподібних речовин		Не більше 8,0%	6,1%
Вологість волокна		Не менше 19 г	23 г
Поглинаюча властивість		Не менше 67 мм	87 мм
Капілярність		Нейтральна	Нейтральна
Реакція водного витягу		Не більше 0,04%	Відповідає
Масова частка хлоридів		Не більше 0,06%	Відповідає
Масова частка кальцієвих солей		Не більше 0,02%	Відповідає
Масова частка сірчано-кислих солей		Следи	Відповідає
Вміст відновлюючих речовин		Не менше 66%	
Ступінь білізми			86%

Висновок: **відповідає** вимогам ТУ У 23721570.005-2000 Термін придатності: необмежений

Дата контролю: 23.02.2022 р.

Начальник ВТК *Л. К. Федорова* (Федорова Л. К.)



Вх. ан. №1277 07.09.23 *[Signature]*