



Jiangsu Konsung Medical Equipment Co., Ltd.


Quality Certificate 201030/2021

Сертифікат якості 201030/2021

We, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd., No. 8, Shengchang West Road, Danyang Development Zone, Jiangsu Province, 212300, P.R.China, as manufacturer hereby certify that the cargo which we exported to the LA MED, LTD, 04210, Ukraine, Kyiv, prospect Geroyiv Stalingrada, 2-G, corp. 1 was made according to the following technical data:

Ми, Джіангсу Консунг Біо-Медісал Сціенце Анд Технолоджі Ко., Лтд., Но. 8, Шенгчанг Вест Роад, Данянг Девелоппмент Зоне, Джіангсу Провінце, 212300, Китайська Народна Республіка, як виробник підтверджує, що вантаж, який ми експортували до ТОВ «ЛА МЕД», 04210, Україна, Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корп. 1 виготовлено за такими технічними даними:

| Pulse oximeter (Fingertip) Model SONOSAT-F02T/ | SN/серійні номери: Ma2010300301 - Ma2010302300 | Date of production/ Дата виробництва: 2020-10 | Certificates/ Сертифікати: ISO 13485:2016 EN 60601-1:2015 EN 60601-1-2:2015 EN 60601-1-6:2015 EN 4041:2015 |
|---|---|---|--|
| Пульсоксиметр Модель SONOSAT-F02T | | | |
| Characteristic: | | | |
| Accuracy of Spo2 measurement: 70-100%, ± 2% Accuracy of pulse measurement: 25-250 beats / min, ± 3% Size: 57x30x31 mm Weight: 28 g (without batteries) • Convenient and easy to operate; • Червоний LED; • ergonomic design; • Light and compact; • Graphic display; • turn the display; • 2 AAA batteries (LR03); | | | |
| Характеристика: | | | |
| точність вимірювання Spo2: 70-100%, ±2% точність вимірювання пульсу: 25-250 уд/хв, ±3% Розмір: 57x30x31 мм Вага: 28 г (без батарейок) • Зручний і простий в експлуатації; • Червоний LED екран; • ергономічний дизайн; • Легкий та компактний; • Графічне відображення • поворот дисплею; • 2 AAA батарейки (LR03); | | | |



В. С. КОТІС
11.11.2020

26