

JIANG SU NAN FANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	non woven set Classic "H Dr. House", 15pcs Набір пластирів медичних нетканых «Класичний» "H Dr. House " 15 шт (72 мм x 25 мм - 5 шт, 72 мм x 35 мм - 5 шт, 38 мм x 38 мм - 5 шт)		Specification розміри	72mm×25mm 72mm×35mm 38mm×38mm		
Order No./Заказ №	LXC 21050567		Lot No./Партія №	21070810		
Quantity Кількість	120 000pcs 120 000шт		Test Date Дата перевірки	2021.09.17		
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305		Date of report Дата звіту	2021.09.24		
Дата виготовлення	2021.07		Термін придатності	2026.07		
Check result/Результат перевірки						
Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од.ви мірюв ання	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Дані перевірки (середні)	Actual Result Результат
4.1	Appearance Зовнішній вигляд		--	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, без плям, без отворів, наружна поверхня не пропускає клей	---	OK Відповідає
4.2	Basic Size Основн ий розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0±3.0 38.0±3.0	72.0 38.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	25.0±3.0 35.0±3.0 38.0±3.0	25.0 35.0 38.0	OK Відповідає
	Absorbed rate Показник абсорбції	--	--	> pad weight × 6 > Вага подушечки × 6	9.8	OK Відповідає
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	--	≥1.0	3.0	OK Відповідає
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20152141305 / Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):



Рецензент (Review):

Bx CM 110913
20.03.23