



ЮРИДИЧНА АДРЕСА:

03150, м. Київ-150, вул. Ділова, 6 тел./факс (044) 287-81-72

АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:

м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131, тел./факс (0552) 38-05-49, 38-07-99

## П А С П О Р Т

### БАТА медична гігроскопічна ГІГІЄНИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА

вид фасування: рулон маса упаковки: 25 партія № 1 Дата виготовлення: 05.2023 р.  
зіг-заг. рулон, стрічка (місяць, рік)


Випробування проведені у відповідності з ТУ У 23721570.005-2000

#### Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту ТУ	Норма	Результат
Зовнішній вигляд і вид	2.3.2, 2.2.1	Повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаруватись на паралельні шари довільної товщини Вид – хірургічна стерильна	Відповідає
Маса фасування, маса бруто	2.2.1, 2.5.3	Згідно з ТУ У 23721570.005-2000	Відповідає
Пакування, маркування	2.5, 2.4		Відповідає
Цілісність спожиткової тари	2.3.6	Повинна бути цілісна	Відповідає
Фізико-механічні та хімічні показники:	2.3.3	Не більше 5,0%	4,4%
Масова частка щільних, нерозчесаних скопичень волокон-вузликів		Не більше 0,2%	0,06 %
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу		Не більше 0,7%	0,53%
Засміченість		Не припускається	Немає
Вміст сторонніх домішок: голочок, щепочек та ін.		Не більше 0,40%	0,25%
Зольність		Не більше 0,50%	0,21%
Масова частка жирових і воскоподібних речовин		Не більше 8,0%	5,4%
Вологість волокна		Не менше 19 г	26 г
Поглинаюча властивість		Не менше 67 мм	82 мм
Капілярність		Нейтральна	Нейтральна
Реакція водного витягу		Не більше 0,04%	Відповідає
Масова частка хлоридів		Не більше 0,06%	Відповідає
Масова частка кальцієвих солей		Не більше 0,02%	Відповідає
Масова частка сірчаноокислих солей		Следи	Відповідає
Вміст відновлюючих речовин		Не менше 66%	83%
Ступінь білизни			

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 23721570.005-2000 Термін придатності: необмежений

Дата контролю: 18.05.2023 р.



Начальник ВТК Л. К. Федорова (Федорова Л. К.)

Вр. 2023.05.18

05.17.2023