


ТОВ "Допомога – І"

www.dopomoga1.com

e-mail:

medicare@dopomoga1.com



Контактний номер:

Офіс - 380 44 463 77 75

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Пластир перфорований на шовковій основі "MEDICARE"
(в рулоні, 10см x 5м)
Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "JIANGSU
NANFANG MEDICAL CO.,LTD."
Номер партії: 23101146
Дата виготовлення: 2023.12
Термін придатності: 2028.11

№	Параметр що тестується		Од. виміру	Вимоги	Данні тестування	Фактичний результат
4.1	Зовнішній вигляд		-	Пластир має бути чистим, лицьова частина не містить клею, має бути однорідною, гладкою, без плям, дірок, не повинно бути ділянок без клейкої речовини	-	Відповідає вимогам
4.2	Основні розміри	Довжина	см	≥ 495	501,3	Відповідає вимогам
		Ширина	см	$10,0 \pm 0,1$	10,0	Відповідає вимогам
4.3	Вміст клею		г/м ²	$\geq 20 \text{ г/м}^2$	48	Відповідає вимогам
4.4	Міцність на відрив		Н/см	$\geq 1,0 \text{ Н/см}$	3,5	Відповідає вимогам
4.5	Адгезивна здатність		мм	$\leq 2,5 \text{ мм}$	0	Відповідає вимогам

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікації

Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 55-N

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості

Дата видачі сертифікату: 15.04.2024

Ольга ДОРОГУНЦОВА

Ф 4.2.3-1 ред_1

Вір. 06.11.2018