

Приватне підприємство "Чарлі"

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 751-80-34, 780-85-80

Сертифікат якості № 1889

Найменування медичного виробу: ДЕФЛЮ® СІЛВЕР НІС КРАПЛІ, краплі 10 мл (ml)/
DEFLU® SILVER NOSE DROPS, drops 10 ml

Форма випуску: краплі 10 мл

Декларація відповідності: №02-23/03 Версія 1 від 12.07.2023, дійсна до 11 липня 2028р.

Партія: 0200224

Дата виробництва: 2024.02

Використати до: 2027.02

Кількість в партії — 9325 шт.

Аналіз проведено згідно Методам контролю якості готового продукту

| Найменування показників | Норма | Факт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Зовнішній вигляд | Прозора опалесцента рідина | Відповідає |
| 2. Колір | Безбарвний, допускається відтінок від жовтого до жовто-зеленого | Відповідає |
| 3. Запах | Властивий запаху даного продукту | Відповідає |
| 4. Водневий показник, рН | 5,0 – 9,0 | 7,6 |
| 5. Термостабільність | Стабільна | Стабільна |
| 6. Колоїдна стабільність | Стабільна | Стабільна |
| 7. Масова доля води і летких речовин, % | 65,0- 98,0 | 93,1 |
| 8. Кількість мезофільних, аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше | 100 | <10 |
| 9. Бактерії родини Enterobacteriaceae, в 1 г | Не допускаються | Відповідає |
| 10. Плісеневі та дріжджові гриби, в 1 г не більше | Не допускаються | Відповідає |
| 11. Staphylococcus aureus, в 1 г | Не допускаються | Відповідає |
| 12. Pseudomonas aeruginosa, в 1 г | Не допускаються | Відповідає |

Підпис лаборанта Скотніков В.Р. (прізвище)

Мікробіолог Каша О.В. (прізвище)

Висновок: партія 0200224 відповідає Методам контролю якості готового продукту

Начальник відділу управління якістю Труфаненко Т.Л. (прізвище)

Дата: 21.03.2024



Уповноважена особа Труфаненко Т.Л.

№ 000 ~ 0595 сер 131120 11/2