



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ					
НАЗВА ПРОДУКТУ		ENCORE®LATEX ORTHO, ЛАТЕКСНІ ХІРУРГІЧНІ РУКАВИЧКИ СТЕРИЛЬНІ - БЕЗ ПУДРИ			
ВИРОБНИК		АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ			
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ		ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА			
ЛОТ	РОЗМІР	Дата виробництва	Термін придатності		
22100195LC	6.0	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	6.5	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	7.0	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	7.5	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	8.0	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	8.5	2022/10/28	2025/10/28		
22100195LC	9.0	2022/10/28	2025/10/28		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
Характеристики Фізичне вимірювання		Специфікації S-2 AQL 4.0	Мінімум	Максимум	Середнє значення
РОЗМІР		Мінімальна довжина, мм			
5.5		≥ 250	-	-	-
6.0		≥ 260	-	-	-
6.5		≥ 260	296	301	299
7.0		≥ 270	296	301	299
7.5		≥ 270	297	303	300
8.0		≥ 270	298	303	300
8.5		≥ 280	299	305	302
9.0		≥ 280	295	298	297
9.5		≥ 280	-	-	-
		Ширина долоні, мм			
5.5		68-76	-	-	-
6.0		72-82	-	-	-
6.5		78-88	85	86	85
7.0		84-94	91	92	92
7.5		90-100	95	97	96
8.0		96-108	102	103	102
8.5		102-114	108	109	108
9.0		108-120	114	116	115
9.5		115-127	-	-	-
Фізичні властивості		Середнє значення			
Перед прискореним старінням					
Зусилля на розрив		≥ 9 N (середнє значення)		28.0 N	
Після прискореного старіння					
Зусилля на розрив		≥ 9 N (середнє значення)		25.3 N	

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000ML)

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	Мінімум	Максимум	Середнє значення
200	3	1	n/3	n/3	n/3

Номер документу – CGG:2212393

Мінімальна доза: 25,00 кГр

**СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ COBALT-60**

\* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання.

Затверджено Менеджер з забезпечення якості (підпис)  
Дата: 2022/12/01

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Затверджено:  
Менеджер з забезпечення якості (підпис)  
Дата: 2022/12/01

\* Доповнений витяг перекладу



Вх. ам. б 1346  
11.04.24