



Medical device name: **AQUA MARIS®**, nasal spray 30 ml  
 Назва медичного виробу: **АКВА МАРИС®**, спрей назальний 30 мл  
 Declaration of Conformity: № 3/2024 dtd. 03.06.2024  
 Декларація відповідності: № 3/2024 від 03.06.2024  
 Certificate of Conformity: № UA. TR. 126 753 24 061 07, issued 03.06.2024 (UA. TR. 126)  
 Сертифікат відповідності: № UA. TR. 126 753 24 061 07, виданий 03.06.2024 (UA. TR. 126)  
 Manufacturer & Quality control: Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
 Виробник та контроль якості: Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія

Batch: **286544** Batch size: **31.829**  
 Партія: **286544** Розмір партії: **31.829**  
 Date of manufacture: **09.2024.** Exр. date: **09.2027.**  
 Дата виробництва: **09.2024.** Придатний до: **09.2027.**

CERTIFICATE № 170000041567  
 СЕРТИФІКАТ № 170000041567

PARAMETERS ПАРАМЕТРИ	REQUIREMENTS ВИМОГИ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТИ
CHARACTERS ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	A clear colorless liquid without odour. Прозорий безбарвний розчин без запаху.	Complies Відповідає
pH	6,0 – 8,5	8,3
OSMOLALITY ОСМОЛЯЛЬНІСТЬ	0,215 – 0,376 Osmol/kg 0,215 – 0,376 Осмоль/кг	0,333 Osmol/kg 0,333 Осмоль/кг
STERILITY СТЕРИЛЬНІСТЬ	Solution must be sterile. Розчин має бути стерильним.	Complies Відповідає

**Certification statement.** I hereby certify that all manufacturing stages (including packaging/labeling) and quality control of this batch of product have been carried out in full compliance with stated requirements. Quality control data of the Medical device complies with the Specification described in the Technical file.

**Заява про сертифікацію.** Цим я підтверджую, що всі виробничі стадії (включаючи пакування та маркування), а також контроль якості цієї партії було проведено у повній відповідності до встановлених вимог. Висновки контролю якості виробу відповідають специфікації, що є частиною технічної документації.

Date of release: 07/10/2024  
 Дата випуску: 07/10/2024  
 Date of CoA signature: 23/10/2024  
 Дата підпису сертифіката: 23/10/2024

Stamp  
Печатка

Qualified Person  
Уповноважена особа

Signature  
Підпис

Valentina Štulić

38 JGL d.d. Svilno 20 Rijeka

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. • 51000 RIJEKA • Svilno 20 • CROATIA • +385 51 660 700 • [www.jgl.hr](http://www.jgl.hr)

Aqua Maris®; nasal spray 30 ml - 286544 - UA  
 Reference CoA: v2  
 23.10.24

1/1

*BA del u 1856 Ser 1211 del CF*