

УКРАЇНА
 ТОВ «АУП САРЕНТА-МЕДИПЛАСТ»
 м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18
 тел. +38 062 3047424
 факс. + 38 0622527018

Атестована
 ДП "Донецькстандартметрологія"
 30.03.16 № ИЛ-015/2016

Відділ контролю якості

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 85

Лейкопластир **Спласм**® бактерицидний
 на плівковій основі
 1,9 x 7,2 см

Дата виготовлення: ТРАВЕНЬ 2016 р.

№ серії: 130516

Кількість продукції в серії: 300 000 шт.

Аналіз виконано за ТУ У 24.4-30962188-003:2005 змінюю № 1.2.3.4.5 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005

Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
Зовнішній вид	Лейкопластирі не повинні мати плям, забруднень та складок.	Лейкопластирі не мають плям, забруднень та складок
Особливості	Лейкопластир на плівковій основі з клеєм, з перфорацією або без неї, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (хлоргексидину біглюконату). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені плівкою, ламінованим або сіліконізованим папером. Лейкопластир запакований в паперову чи іншу упаковку.	Лейкопластир на плівковій основі з клеєм, з перфорацією, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (хлоргексидину біглюконату). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені плівкою, ламінованим або сіліконізованим папером. Лейкопластир запакований в паперову упаковку.
Клеючий шар лейкопластирів	Клеючий шар лейкопластирів має бути рівномірно нанесений на основу і не повинен відриватися від основи при зніманні плівки (паперу).	Клеючий шар лейкопластирів рівномірно нанесений на основу і не відривається від основи при зніманні паперу.
Розмір	(1,9 ± 0,2 x 7,2 ± 0,5) см	(1,9 x 7,2) см
Комплектність	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Пакування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Зберігання	В сухому, захищеному від світла та обігрівачів місці, при температурі від 10°C до 35°C, з відносною вологістю повітря до 80 % при 25°C.	Відповідає
Строк придатності	5 років	5 років

Висновок: Лейкопластирі **Спласм**® бактерицидні на плівковій основі 1,9 x 7,2 см серії 130516 відповідають вимогам ТУ У 24.4-30962188-003:2005 змінюю № 1.2.3.4.5 за перевіреними показниками

В. о. Начальник ВКЯ
 21.05.16 р.



Вангород



Вх - все ✓ 0924 8/15.07.16