

Паспорт якості № 12/0824-25 від 18.09.2024

Назва продукції: **Спрей назальний : "ЧИСТОНОС СПРЕЙ"**

Номер партії: 788
 Кількість: 6473
 Дата виготовлення: 13.08.2024 р.
 Придатний до: 08.2026 р.
 Форма випуску: спрей у флаконі полімерному

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина без сторонніх включень та домішок	Відповідає
Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Світло-жовтий
Запах	Специфічний, притаманний запаху використаної сировини	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	5,0 - 8,0	5,7
ТАМС (загальна кількість аеробних мікроорганізмів), КУО в 1г або 1 мл	100	<10
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	Відповідає
ТУМС (загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів), КУО в 1г або 1 мл	10	<10
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Об'єм, мл	30,0 ± 9%	30,0
Кількість доз, шт	Не менше 220 доз	Відповідає
Пакування	Відповідність ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/SPR-004	Відповідає
Маркування	Відповідність ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/SPR-004	Відповідає

Висновок: виріб відповідає вимогам **ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/SPR-004**

Дата випуску: 18.09.2024 р.

Начальник лабораторії

Умань

І.О. Дігтяр

Умови зберігання : вироби зберігають у пакуванні виробника, в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.



Головний технолог

Н.С. Нікітенко

Вх. аналіз №0883 від 14.11.2024р