

8

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Сертифікат №	Дата
44885	21.09.2023

ПРОДУКТ ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ТІЗІНГ 20мл міжнародний (2043 IN)	Код 2038.4.00.0061.00
---	--------------------------

ТИП ПРОДУКТУ <input checked="" type="checkbox"/> МЕДИЧНИЙ ПРИСТРІЙ <input type="checkbox"/> НЕ СТЕРИЛЬНИЙ <input checked="" type="checkbox"/> СТЕРИЛЬНИЙ	ТИП КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОСТЕЖЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЯ 0A23-0199	ДАТА 03.04.2023	ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ Міжнародний
ОСНОВНА МАСА № 18261/02	ДАТА ВИРОБНИЦТВА 07.09.2023	ПОСИЛАННЯ НА ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ НАПІВФАБРИКАТУ № 18261/02
ПАРТІЯ № 2305C00	ДАТА УПАКОВКИ 13.09.2023	ПОСИЛАННЯ НА ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ № 18261/07

ПОСИЛАННЯ НА ДОДАНИЙ СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ ОСНОВНА МАСА	№ СЕРТИФІКАТУ 44653	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ <input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ НАПІВФАБРИКАТ	№ СЕРТИФІКАТУ 44653	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ <input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ	№ СЕРТИФІКАТУ 44885	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ <input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Розглянувши документацію простеження і результати контролю, здійсненого в процесі виробництва, що підписана тільки, діючи в якості технічного директора Sigma SpA, заявляє про відповідність необхідним характеристикам.

ДЛЯ SIGMAR SPA

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР	ДАТА 21.09.2023
--------------------	--------------------

Нижчепідписаний, діючи в якості законного представника компанії Ricerfarma SRL, побачивши цей документ і прикладену документацію, справляючі уповноважує відвантаження і маркетингу продукту, так як він відповідає вимогам Додатка I до Директиви ЄС 93/42 і подальшій оновлення.

ДЛЯ RICERFARMA SRL

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК	ДАТА 22.09.2023
---------------------------	--------------------

Pa au n 0966 Ver 05 09 2023

Betafarma s.p.a.
20090 Cesano Boscone (MI) – Via E.De Nicola 10
Tel. +390248602189 Fax. +390245869864
www.betafarma.it

Бетафарма

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Дата: 21.09.2023 Код: 2038.3.00.0061.00 Код товару: 2038.4.00.0061.00 Бюлетень: 44885

Найменування: **ГЕНГІГЕЛЬ Гель Тізінг 20мл міжнародний (2001IN)**

Дата виробництва: 07.09.2023


Партія №18261/07

Серія 2305C00

Термін придатності: вересень 2026

Кількість партії: 33900

Аналіз	Результат	Специфікація
Зовнішній вигляд	Гель однорідний	Гель однорідний
Колір	Білий/Бежевий	Білий/Бежевий
Запах	Характерний стандарту	Характерний стандарту
Аромат	Характерний стандарту	Характерний стандарту
pH (20°C)	6,15	5.50-7,00
В'язкість (20°C) г/мл	1,080	1,050-1,100
Густина (20°C) мПа·с	26000	25000-70000
Анаеробні бактерії	< 100	
Загальна кількість дріжджів/пліснява	< 10	
Стафілокок золотистий	Відсутній	Відсутній
Синьопійна паличка	Відсутній	Відсутній
Середнє наповнення, мл	20.77	>= 20 мл



Аналітик

Технічний менеджер _____