



ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія
«Марля Клуб Калита»

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,
вул. Центральна, буд. 17, Україна
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

Паспорт

Відріз медичний марлевий нестерильний тип 17

Розмір 1000см х90 см

Код партії/Lot: 001.2022.03.24

Дата виготовлення: 2022.03.24
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії 1838 шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

Результати випробувань

Номер п/п	Найменування показників	Вимоги по ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Результати вимірювання
1	Опис	Марлевий відріз складений рулончиком	відповідає
2	Довжина (см)	1000,0 ± 5,0	1000,0
3	Ширина (см)	90,0 ± 4,0	90,0
4	Розмір упаковки:	Довжина, (мм) Ширина, (мм)	не більше 240 не більше 70 200 58
5	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
6	Маркування	згідно ТУ	відповідає

*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності до: 2027.03.

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товман Ю.М.

