

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Name of Sample Назва | Capsicum plaster "H Dr. House" Перцевий пластр перфорований "H Dr. House" | Specification Розмір | 6 cm (cm) × 10 cm (cm) 10 cm (cm) × 15 cm (cm) |
| Order No./ Заказ № | LXC23040352 | Lot No./ Партія № | 23040352 |
| Quantity Кількість | 144 000 pcs 144 000 шт. | Test Date Дата перевірки | 2023.05.12 |
| Check Standard Стандарт перевірки | SOP-QP025-629 | Date of report Дата звіту | 2023.05.12 |
| Дата виготовлення | 2023.05 | Термін придатності | 2028.04 |

Check result/Результат перевірки

| Item Tested Назва | Technical Requirement Технічні вимоги | Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній) |
|---------------------------------------|--|--|
| Appearance Зовнішній вигляд | Light brown or brown color plaster Світло коричневий або коричневий пластр | Complies Відповідає вимогам |
| Components Склад | Екстракт перцю 2%, витяжка з перцю 11%, ментол 1,1%, камфора 5,5% | Complies Відповідає вимогам |
| Content of paste Вміст пасти | ≥1/15g/100cm ² | 1.28 |
| Peel strength Міцність на відрив | ≥1.0N/cm | 2.2 |
| Cold-resistant test Холодовий тест | Should meet requirements Має відповідати | Complies Відповідає вимогам |
| Heat-resistant Тест нагрівання | Should meet requirements Має відповідати | Complies Відповідає вимогам |

Test Conclusion: The above produkt complies with the requirements of standart SOP-QP025-629/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту SOP-QP025-629

Інспектор(Inspektor): _____ Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



Вхан 101301 230818