

9

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «10» червня 2024 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

Розчин у флаконі «НОРМАФІЛЛІНГ»

Кількість одиниць в партії:

2500 упаковок

Номер партії (серія):

004

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Дата виготовлення

06.24

Придатний до :

06.26

Упаковка:

флакон ємністю 140 мл
(в комплекті з наконечником)

Виготовлено згідно: Декларації про відповідність №2
(версія 1) від 05.01.2023 р.
Номер у реєстрі Держклікслужби України-12404.

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Однорідна в'язка рідина без сторонніх домішок
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Відтінки жовто-коричневого
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині
4	Водневий показник, од. рН.	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 5,0 – 8,5	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 140±5	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 100	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 Не дозв.	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 Не дозв.	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 0 балів	відповідає
10	Індекс сенсibiliзуючої дії	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 0 балів	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-002

Завідувач
лабораторії відділу технічного контролю



Васильєва В.В.

Вхонт 51298 от 18.06.24р.