
 ARKONA	Форма F-CA-02	Випущений: 18.05.2023
	СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	Підготовлений: A. Barszczewska-Kuna
		Схвалений: 
		Стор. 1 з 1

ПРОДУКТ	КОЛДІСЕПТ НАНОСІЛЬВЕР НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ (Україна)		
ОПИС	Серія: 2024-01-19 Термін придатності: 2026-12 Дата виробництва: 03.05-02-2024		
ЗРАЗОК БУВ УЗЯТИЙ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІ З ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ:		ЗАХИСТ ЗРАЗКА ВІД ПОРУШЕННЯ:	
Так/Ні*		Так/Ні*	
ДАТА ОТРИМАННЯ ЗРАЗКА:	ДАТА ПОЧАТКУ ТЕСТУ:	ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ТЕСТУ:	ТЕСТ ПРОВІДИЛИ:
05.02.2024	05.02.2024	10.02.2024	K. Zarzycka
ПАРАМЕТР	МЕТОД АНАЛІЗУ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Однорідність	Візуальний	Однорідний, без видимих нерозчинених частинок	Відповідає
Прозорість	Візуальний	Від прозорого до злегка каламутного	Відповідає
Колір	Візуальний	Від білого до злегка жовтого	Відповідає
pH	pH-метр	4.8 – 5.1	4.94
Щільність (20°C)	Пікнометричний	1.00 – 1.07 г/см ³	1.02
ПАРАМЕТР	МЕТОД АНАЛІЗУ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Загальна кількість аеробних мікробів	Ph. Eur.	< 2.0 x 10 ² КУО	< 1.0 x 10 ¹ КУО
Загальна кількість дріжджів/мікробів	Ph. Eur.	< 2.0 x 10 ¹ КУО	< 1.0 x 10 ¹ КУО
<i>Escherichia coli</i> [1 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i> [1 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> [1 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні
<i>Salmonella</i> [10 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні
<i>Candida albicans</i> [1 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні
Жовчостійкі грамнегативні бактерії [1 г]	Ph. Eur.	Відсутні	Відсутні

Якість медичного виробу КОЛДІСЕПТ наносільвер назальний спрей відповідає вимогам специфікації PS-21.

12.02.2024, K. Zarzycka
Підпис