

УКРАЇНА
 ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДПЛАСТ»
 м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18
 тел. +38 062 3047424
 факс. + 38 0622527018

Атестована
 ДП "Донецькстандартметрологія"
 18.02.13 № ВЛ-033/13
 Відділ контролю якості

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 136

Лейкопластирі **Сплас**[®]

НАБІР №10

лейкопластирі перев'язочні на тканинній основі

Дата виготовлення: квітень 2014 р.

№ серії: 210414

Кількість продукції в серії: 10000 упаковок

Аналіз виконано за ТУ У 24.4-30962188-003:2005, зміною № 1, 2, 3, 4 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005 від 08.06.2012 р.

Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Лейкопластирі не повинні мати плям, забруднень та складок.	Лейкопластирі не мають плям, забруднень та складок
Клеючий шар лейкопластирів	Клеючий шар лейкопластирів має бути рівномірно нанесений на основу і не повинен відриватися від основи при зніманні плівки (паперу) і при розмотуванні, не допускаються місця з напливами та нерівномірностями клею.	Клеючий шар лейкопластирів рівномірно нанесений на основу і не відривається від основи при зніманні паперу. Відсутні місця з напливами та нерівномірностями клею.
Комплектність	Лейкопластирі: перев'язочні на тканинній основі (1,9±0,2 x 7,2±0,5) см – 10 шт.	Лейкопластирі: перев'язочні на тканинній основі (1,9 x 7,2) см – 10 шт.
Пакування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Зберігання	В сухому, захищеному від світла та обігрівачів місці, при температурі від 10°C до 35°C, з відносною вологістю повітря до 80 % при 25 ⁰ C.	Відповідає
Строк придатності	5 років	5 років

Висновок: Лейкопластирі **Сплас**[®], Набір №10 серії 210414 відповідає вимогам ТУ У 24.4-30962188-003:2005, зміні №1, 2, 3, 4 за перевіреними показниками.

В.о. начальника ВКЯ
 08.04.14 р.



Вангородська А.С.



В.о.нач.в. 1663 от 25.06.14