



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8

Назва продукції	Виконання	
Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, ТМ "Білосніжка"	зигзагоподібна стрічка	50 г ✓
		100 г
		200 г

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2024-08

Дата закінчення терміну придатності

2030-08

Номер партії (LOT)

08

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		50 г	100 г	200 г	
1	Склад	Бавовна			Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини. Вата медична фасована у вигляді зигзагоподібної стрічки			Відповідає
3	Засмненість, %, н/б	1,50			Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, скалок, та ін.	Не допускається			Відповідає
5	Вологість, %, н/б	8,0			Відповідає
6	Здатність до полиняння, г, н/м	19			Відповідає
7	Капілярність, мм, н/м	67			Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна			Відповідає
9	Ступінь білизни для нестерильної вати, %, н/м	66			Відповідає
10	Запах	Не допускається			Відповідає
11	Маркування, пакування	п. 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-001:2014			Відповідає
12	Маса вати, г	50±4,0	100±5,0	200±9,0	Відповідає
13	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним			Відповідає
14	Розміри пакунків вати, мм	(80±10) x (190±15) x (50±5)	(90±10) x (280±15) x (50±5)	(110±10) x (360±15) x (70±5)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-001:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 08.2024р.



вх.ан. 50166
16.10.24 *(Signature)*