

Сертифікат Аналізу

Назва: Тест-смужка для визначення вагітності по сечі Family

Каталожний номер: FHC-U101

Партія №: HCG23080123

Кількість: 196500 шт.

Термін придатності: 2026-07

Дата відбору проб: 2023-08-28

Дата аналізу: 2023-08-28

Специфікація: 10ММО/мл

Функціональні характеристики

Характеристики контролю якості		Стандарти та критерії	Результат тесту	Висновок
Фізичні	Ймовірність	Хороша	Хороша	Дотримано
Функціональні характеристики	Позитивний зразок	Позитивний	100% позитивний	Дотримано
	Негативний зразок	Негативний	100% негативний	Дотримано

Візуальні характеристики

№	Характеристики	Вимоги	Результати
1.	Пакування	Повинно відповідати вимогам Технічної документації СТФ 001, Версія 05 від 28.07.2020р.	Відповідає
2.	Маркування	Повинно відповідати вимогам Технічної документації СТФ 001, Версія 05 від 28.07.2020р. та ДСТУ EN ISO 15223-1:2018	Відповідає
3.	Інструкція	Повинна відповідати вимогам Технічної документації СТФ 001, Версія 05 від 28.07.2020р.	Відповідає

Висновок: Партія товару відповідає стандартам контролю якості.

Іспектор з якості:

Дата: 28.08.2023р.

*Мр. С.С. 150035
10.11.23*

