



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02250 від 30 квітня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний 10 м x 90 см**

Номер партії: 05

Термін придатності: Квітень 2030 р.

Дата виробництва (випуску) продукції: 26 квітня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 569 шт

Аналіз виконано згідно: ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає
Розміри	Довжина, м 10,00 ±0,15	10,12
	Ширина, см 90±4	89,6
Кількість оверлочних швів	В комплекті дозволяється один оверлочний шов	Відповідає
Кількість відрізів довжиною 5 м у комплекті	1 шт.	Відповідає
Упаковані відрізи повинні мати розміри	Довжина, см 24 ± 5	20,1
	Товщина, см 8,0±1,5	7,7
Маркування	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Дата 30.04.2024

Начальник ВКЯ

Каллер І.В.

Штамп



Вх ек 1011

Від 2005 м

