



6

## СЕРТИФИКАТ БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКТ: СТЕРИЛЬНІ ГОЛКИ INSUPEN ORIGINAL ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ РУЧОК  
G32X6 мм

КОД: 02022983000030

ПАРТІЯ №: 2312738

ВІД: 12/2023

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ: 12/2028

ПРОТОКОЛ №: 178566

### Результат

<b>ТЕСТ НА СТЕРИЛЬНІСТЬ: СТЕРИЛЬНІ</b>	<b>ПРОБА НА ПРОГЕННІСТЬ: АПРОГЕННІ</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------

Казтанате-кон-Бернате, 01/08/2024


Технічне управління з медичних виробів

\_\_\_\_\_ \*підпис\*

**МЕТОД: ІТАЛІЙСЬКА ОФІЦІЙНА ФАРМАКОПЕЯ ТА ПОТОЧНА  
ЄВРОПЕЙСЬКА ФАРМАКОПЕЯ  
ОРИГІНАЛЬНІ АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ РОЗТАШОВАНІ У ARTSANA UP30**

PIKDARE	CERT_00043	Ред. 02 Дата видання 01/05/20	Стор. 1/1
Підготовлено : Corngia M. *підпис*	перевірено: Cioctota D. *підпис*	Затверджено: Branchi P. *підпис*	

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПрАТ «ІНДАР» Галінська Є.В. Диплом В20 №237138, виданий Київським національним лінгвістичним університетом 30.06.2020.



*Box, all. N 0597 Ver 29.08.24* *[Signature]*