



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Quality СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
10-JUN-2024	3001662945
Page 1/4 Сторінка1/4	

Product: VENTOLIN™EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler 100 mcg/dose 200 doses in cans №1
Продукт: ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах №1

Product Code: 6000000002654
Код продукту: 6000000002654
Package Size / Type: 1 can/carton
Розмір / тип пакування: 1 балон в картонній коробці
Importing country: Ukraine
Країна-імпортер: Україна
Marketing (ARTG) Authorisation number: UA/2563/01/01
Номер реєстраційного посвідчення: UA/2563/01/01
Manufacturing Authorisation number^o: 2022_151_1_2
Номер ліцензії на виробництво: 2022_151_1_2
Manufacturer name, address: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France
Найменування, місцезнаходження виробника: Глаксо Веллком Продакшн, Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Batch №: R38A

Серія №: R38A

EXPIRY DATE (Кінцевий термін придатності): 04 2026

MANUFACTURING DATE (Дата виробництва): 19 04 2024

Strength of preparation/Efficiency:

Active drug substance: salbutamol; one dose contains 100 mcg of salbutamol (as salbutamol sulfate).

Сила дії/ Активність:

діюча речовина: сальбутамол; 1 доза містить сальбутамолу 100 мкг (у формі сальбутамолу сульфату).

Regulatory Statement:

Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the above-mentioned recognized building(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorisation of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій ділянці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досяє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.

Batch size in packs: 73 183

Розмір серії в уп: 73 183

Рох. ас. № 2009 від 29.08.24



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0)
232235529

Certificate of Quality СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
10-JUN-2024	3001662945
Page 2/4 Сторінка 2/4	

Product: VENTOLIN™EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler 100 mcg/dose 200 doses in cans №1
Продукт

Product Code: 60000000002654
Код продукту

Batch №: R38A
Серія №: R38A

ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу, по 200 доз у балонах №1
60000000002654

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION Опис	Metal can with concave base fitted with a metering valve Металевий балон з вигнутою основою, оснащений дозуючим клапаном	Complies Відповідає
IDENTIFICATION BY IR Ідентифікація методом ІЧ-спектроскопії	The spectrum of the sample is concordant with the spectrum produced from authentic Salbutamol Sulphate Спектр зразка співпадає зі спектром, викликаним стандартним сальбутамолом сульфатом.	Complies Відповідає
IDENTIFICATION BY HPLC Ідентифікація методом ВЕРХ	The principal retained peak in the HPLC chromatogram of the sample corresponds to the peak due to authentic Salbutamol Основний утримуваний пік на хроматограмі ВЕРХ зразка співпадає з піком на хроматограмі стандартного сальбутамолу	Complies Відповідає
CONTENT OF SALBUTAMOL PER ACTUATION DELIVERED THROUGH THE ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE (min 10 canisters)/ Вміст сальбутамолу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку та в кінці використання (мін. 10 балончиків):		
MEAN SALBUTAMOL CONTENT PER ACTUATION Середній вміст сальбутамолу на дозу	76 – 104 mcg (85-115% of ex-actuator target of 90 mcg) 76 – 104 мкг (85-115% необхідної дози 90 мкг)	83 mcg 83 мкг



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529


Certificate of Quality СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
10-JUN-2024	3001662945
Page 3/4 Сторінка 3/4	

Product: VENTOLIN™EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler 100 mcg/dose 200 Doses
Продукт в саше №1
ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу, по 200 доз у балонах №1

Product Code: 60000000002654
Код продукту 60000000002654

Batch №: R38A
Серія №: R38A

CONTENT UNIFORMITY	<p>The requirements are met if the content of Salbutamol per actuation from not less than 18 of the 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean and/or not more than 1 of the 20 results is outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters.</p> <p>The requirements are met if not less than 36 of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean, not more than 1 of the 40 results is outside $\pm 35\%$ of the mean and no results are outside $\pm 50\%$ of the mean</p>	Complies
Однорідність вмісту	<p>Вимоги виконуються, якщо вміст сальбутамолу на дозу не менше ніж у 18 із 20 результатів знаходиться в межах $\pm 25\%$ від середнього, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього. Якщо 3 або 4 результати виходять за межі $\pm 25\%$ від середнього та не більше 1 із 20 результатів виходить за межі $\pm 35\%$, то проводять додаткове випробування на 10 балончиків.</p> <p>Вимоги виконуються, якщо не < 36 із 40 результатів знаходяться в межах $\pm 25\%$ від середнього, не > 1 із 40 результатів виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього та ні один результат не виходить за межі $\pm 50\%$ від середнього.</p>	Відповідає



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Quality СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
10-JUN-2024	3001662945
Page 4/4 Сторінка 4/4	

Product: VENTOLIN™EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler 100 mcg/dose 200 Doses in cans №1
Продукт: ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу, по 200 доз у балонах №1

Product Code: 60000000002654
Код продукту: 60000000002654

Batch №: R38A
Серія №: R38A

MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION (sum of stages 2 to 6) min 3 canisters Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора (сума ступенів 2-6) (мінімум 3 балончика)	Not less than 30 mcg Не менш ніж 30 мкг	45 mcg 45 мкг
LEAK RATE Герметичність	Complies with the requirements of the USP Відповідає вимогам Ф.США	Complies Відповідає
PARTICULATE MATTER ¹ Механічні включення ¹	Complies with the requirements of the British Pharmacopoeia (1993). Not more than 50 particles with size more than 100 µm for 50 spraying Відповідає вимогам Брит.Ф.(1993). Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 розпилень	Not Performed не проводився
Number of doses in one inhaler ² Число доз в одному інгаляторі ²	Not less than 200 Не менше 200	Complies Відповідає

¹ Particulate matter: Performed for 1 from 5 batches\ Механічні включення: Проводиться для 1 з 5 серій.

² Number of doses in one inhaler: Performed as a part of control of content uniformity\ Число доз в одному інгаляторі: виконується як частина контролю однорідності вмісту

Signature (Підпис)
Date of signature (Дата підпису) DD MM YYYY

11/06/2024

Name, Surname (Qualified Person)
Ім'я, Прізвище (Уповноважена особа)

CLEMENT GOELFF