

28


SIA TONUS ELAST

Reģ. Nr. 40003264768

«Pilskalns» Nicas pag., Nicas nov., LV-3473, Latvija

T: 634 31547; 634 34482; 634 84205; 265 15350; F: 634 31280

E: info@tonus.lv www.tonus.lv



TONUS ELAST

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Чулки медицинские эластичные компрессионные лечебные,  
универсальные, без мыска,  
модель ELAST 0403 LUX

2018 год 10 декабря

№ партии	2018-09
Дата выпуска	Сентябрь, 2018 года
Состав сырья, %	Полиамид – 80 Лайкра - 20

Наименование показателей	Норма по нормативно-техническому документу	Результаты испытаний
Типоразмеры	2 – 5, 1,2 роста	
Проверка внешнего вида готового изделия	образец-эталон	соответствует
Определение эксплуатационных характеристик. Усадка после стирки.	не более 20%	10 %
Определение эксплуатационных характеристик. Остаточная деформация до и после стирки.	не более 10 %	5 %
Проверка устойчивости к санитарно-гигиенической обработке	не менее 30	> 30
Растяжимость по длине, %	Не менее 120	178
Разрывная нагрузка, кгс	Не менее 9	24
Компрессия, мм рт.ст.	II	23-32

Заключение: изделие соответствует требованиям технических условий TN LR 210301165-01-2004.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев при условии проведения не более 30 циклов санитарно-гигиенической обработки.

Технолог вязального производства



О.Майсюк



Вх. акт. № 1907 від

19.05.2020

Handwritten signature