

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139  
Тел.: +380678254351 E-mail: argo\_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 034/09-2024 від 20.09.2024 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 20 «FP Family Plast»
НОМЕР ПАРТІЇ	FP202409462
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	3787 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2024-09
ВИКОРИСТАТИ ДО	2029-09
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016


**ОПИС**  
Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вклучення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.1.8	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

**ВИСНОВОК:** Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 20 «FP Family Plast» партії FP202409462, дата виготовлення вересень 2024 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 20.09.2024 р.



Handwritten signature and date: 14.11.2024

Керівник системи управління якістю

Купецько І.О.