



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
 Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-01136 від 22 березня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Бинт марлевий медичний стерильний 5 м*10 см**
 Номер серії: 02
 Термін придатності: Березень 2029 р.
 Дата виробництва (випуску) продукції: 4 березня 2024 р.
 Дата стерилізації продукції: 04.03.2024
 Кількість продукції в серії: 40 140 шт
 Аналіз виконано згідно: ГОСТ 1172-93

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Бинти повинні бути без швів із відрізаною крайкою	Відповідає
	Допускається наявність необрізаної крайки або крайки з бахромою на внутрішньому краї бинта довжиною не більше 0,5 м	Відповідає
Довжина	5,0 ± 0,2 , м	5,1
Ширина	10,0 ± 0,5 , см	9,8
Розривне навантаження	Не менше 68 Н (7 кгс)	Відповідає
Капілярність	Не менше 6,5 см/год	6,7
Товщина спресованих бинтів	Не більше 25 мм	19
Герметичність шва упаковки	Повин бути герметичним	Відповідає
Стерильність	Вироби мають бути стерильними	Відповідає
Упаковка	Папір ламінований	Відповідає
Маркування	На упаковці зазначають: Найменування та товарний знак виробника, розміри бинта, позначка про дату стерилізації (для стерильних) , серію, дату упаковки	Відповідає

Умови зберігання: У сухому, захищеному від світла місці

Висновок: Відповідає вимогам ГОСТ 1172-93

Дата 22.03.2024

Начальник ВКЯ
 Штамп

Каллер І.В.



вх. ам. № 1950
 02.05.24