



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 08.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-05686 від 31 жовтня 2024 р.

Назва медичного виробу: **СінуМАКС ФІТО, засіб гігієнічно-профілактичний для догляду за носовою порожниною**

Форма випуску: **спрей назальний**
Розмір та тип пакування: **по 25 мл у флаконі з насосом-дозатором з розпилювачем в пащі**
Номер партії: **041024**
Термін придатності: **Жовтень 2027 р.**
Дата виробництва (випуску) продукції: **25 жовтня 2024 р.**

Кількість продукції в партії: **5 011 шт.**

Аналіз виконано згідно: **Технічної документації на медичний виріб**

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Легкорухлива прозора масляниста рідина (допускається наявність осаду наприкінці терміну зберігання)	Відповідає
	Упаковка та маркування відповідають встановленим вимогам. Пошкодження, що негативно впливають на якість продукції, відсутні	Відповідає
Герметичність	Тара з засобом повинна бути герметичною	Відповідає
Якість розпилення	Розпилювач має забезпечувати дрібнодисперсне та рівномірне розпилення	Відповідає
Колір	Від світло-жовтого до зеленуватого	Відповідає
Запах	Характерний запах евкалипту, сосни і м'яти. Сторонні запахи не допускаються	Відповідає
Густина	Від 0,900 г/см ³ - до 0,930 г/см ³	0,916 г/см ³
Показник заломлення	Від 1,465 до 1,477	1,472
Кислотне число	Не більше 0,5 мг КОН/г	0,2 мг КОН/г
Об'єм вмісту упаковки	Відхилення від об'єму, вказаному на пакуванні, не повинні перевищувати граничнодопустимі від'ємні відхилення - 9%	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ У 20.4-01973472-019:2021	Відповідає. Виготовлено під ТМ "Solution Pharm"
Пакування	Згідно вимог ТУ У 20.4-01973472-019:2021	Відповідає

Зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів, за температури від 2°C

Висновок: **Відповідає вимогам Технічної документації на медичний виріб**

Дата 31.10.2024

Начальник ВКЯ

Штамп

Каллер І.В.



Вх. ам. № 2030
06.11.24