

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «23» вересня 2024 р

Найменування продукції Виріб медичний "Рідкі свічки" Гліцерин для дітей 6 мл
Кількість одиниць в партії: 12 000 упаковок
Партія 017
Дата виготовлення 2024-09 Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення
Кінцевий строк реалізації 2026-09
Упаковка: у пачці 4 флаконів (в комплекті з канюлею) об'ємом 6 мл Аналіз виконаний згідно UA.TR.753.MD.36226540/RS-001
Умови зберігання: Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +0 °С до +25 °С, в недоступному для дітей місці

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Безбарвна прозора, в'язка, гігроскопічна, рухома рідина.
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Прозорий
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Специфічний
4	Водневий показник, од. рН.	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 5,0 – 8,5 ГОСТ 29188.4	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 5,7-6,3 ±5	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	100 UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
10	Індекс сенсibiliзуючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-009	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Завідувач виробничої
хіміко-аналітичної лабораторії



Васильєва В.В.