

		МАРИМЕР бебі® , одноразові фільтри № 20 + 2 назальні насадки в упаковці	
Тести відповідно до Внутрішня монографія		код : сторінка 1/1	667313 версія 01

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Серія : 23R10 Придатний до : 2026 06
 Кількість : 20592 Дата виробництва : 29/07/2023
 Номер контролю : ST06028 Дата : 01/09/2023

АНАЛІЗИ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТИ
I- ПРЕЗЕНТАЦІЯ		
Зовнішній вигляд	Футляр, що містить пакетик із 20 фільтрами і 2 насадками	Відповідає
Чистота	Відповідає	Відповідає
Друк номера партії та терміну придатності	Наявність на упаковці (36 місяців)	Наявність на упаковці (2026-06 23R10)
Пакування (чинний PPD)	Відповідає	Відповідає (*IG 667313NOT01 OSNO113000110 EC 06/22)

Продукт : Підтверджено

Не підтверджено

Visa Technicien contrôle,
Analyst visa.

DEJ



29/07/23

Mise à jour / Updating :	RLAQPN le,	27/05/2021	APPROBATION :	RAOP Négoce le,	27/05/2021
--------------------------	------------	------------	---------------	-----------------	------------

Bx смп/2404
25.01.24 ✓

Stiplastic	Doc547
	Сертифікат Аналізу

Замовник	LABORATOIRES GILBERT	Дата виробництва	29/07/2023
Замовлення	MARIMER BOITE 20 FILTRES +2EMB MBB EXPORT	Придатний до:	2026-06
Код Stiplastics	REC-MARI-EX 000110	Серія	23R10
Код замовника	667313	Кількість	20 592
Пакування	20 фільтрів + 2 насадки	Дата контролю	28/08/2023
		Аналіз	IGO

КРИТЕРІЇ КОНТРОЛЮ			РЕЗУЛЬТАТИ		
			зразок n°1	зразок n°2	зразок n°3
Зовнішній вигляд	Наконечник	Відсутність слідів / плям / тріщин	Відповідає	Відповідає	Відповідає
	Фільтр	Відсутність пожовтіння, відсутність бруду та розпаду	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Верифікація	Наконечник резервуару	Ручна збірка = Правильна посадка, добре тримає наконечник на резервуарі	Відповідає	Відповідає	Відповідає
	Фільтр резервуару	Ручна збірка = Правильна посадка, хороша фіксація фільтра на резервуарі	Відповідає	Відповідає	Відповідає

Дата : 01/09/2023	ПІБ : I.GATO	Підтверджено <input checked="" type="checkbox"/> Не підтверджено	Коментарі : N/A
	Посада : Уповноважена Особа		
	Підпис		

