



NanJing ZH Medical Products Co.,Ltd.

[http:// www.ZHMedical.Com](http://www.ZHMedical.Com)

info@ZHMedical.com

Address: No.5 Zhushan Road, Gaochun County Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province, China 211300

Tel. 025-57885555 57357866

Fax. 025-57357862

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: Мікропористий хірургічний пластир: «Леопор»

Розмір : 5 м х5 см
Серійний № 20190903
Дата виробництва 2019.09
Термін придатності до 2024.09
Тип клейкого слою : гіпоалергенний на основі акрилу
Тип основи : м'який паперовий

Ми підтверджуємо, що вищевказаний продукт протестований, проінспектовано і відповідає своїм характеристикам. Результати проведених аналізів наступні:

<u>Найменування дослідження</u>	<u>Вимірювання</u>	<u>Одиниця</u>	<u>Характеристики</u>	<u>Метод</u>
Вага клейового слою	35	г/м ²	Мін.25	CS 3957
Вага основи	34	г/м ²	Мін.34	CS 3957
Міцність клею	163	Грсила/см	Мін 150	CS 3957
Міцність на розрив	1,1	Кгсила/см	Мін.1	CS 3957
Проникність води через клейкий шар	3876	г/м ²	мін.500	CS 3957
Стабільність клею	0,032		Не повинен приклеюватися до інших поверхонь зовнішньою стороною	

Кількість в упаковці : 1 штук

Кількість в коробі : 320 шт.

** Зберігати в сухому і прохолодному місці

Ліу Пінг

R&D і адміністрація контролю якості

Дата: 01.09.2019

Вхан N1499 ст 23.04.21