



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
: "СКЛОПРИЛАД"

Форма з СТІ 07.06

Система управління якістю  
сертифікована у відповідності до  
вимог стандартів  
ДСТУ EN ISO 9001:2018,  
ДСТУ EN ISO 13485:2018

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



**СЕРТИФІКАТ № 214**  
**якості виробника на виріб медичний**  
**Ємкість для сечі 120 мл**  
**стерильна**

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ У 22.2-14307481-059:2017
1	Позначення партії	202409
2	Дата виготовлення	2024-09
3	Мікробіологічний статус	Стерильно. Радіаційний метод
4	Призначення	Для збору, транспортування та зберігання зразків сечі
5	Матеріал	- емкість з полімерного матеріалу; - кришка з поліетилену низького тиску
6	Зовнішній вигляд	Виріб виготовлений у вигляді порожнього напівпрозорого циліндра з герметично загвинчуваною зеленою кришкою. На внутрішній поверхні емкості виконано градування, а на зовнішній – невелике матова поле для нанесення записів. Поверхня виробу чиста, гладка, без бульбашок, наскрізних отворів та тріщин.
7	Розміри, мм	- емкість: Ø 59 x 71,5; - кришка: Ø 64 x 14,5; - у зібраному стані: Ø 64 x 72,5
8	Вага, не більше, г	15
9	Пакування	Пакет поліетиленовий, містить 1 шт.

**IVD** *in vitro* діагностика



Ємкість для сечі 120 мл, стерильна – виріб одноразового використання.

Термін зберігання емкостей в індивідуальній упаковці – 5 років з дати виготовлення

Умови зберігання:



**ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ:** після транспортування в умовах мінусових температур емкості в транспортній тарі повинні бути витримані в нормальних кліматичних умовах не менше 2 годин.

Заступник головного управління  
ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"  
**ДОКУМЕНТ**  
№1  
Головний СКРИПТНИК

*(особистий підпис)*

0. 2024  
(дата)

Заступник начальника відділу СУЯ та  
ТК з питань технічного контролю

*(особистий підпис)* Тетяна ПРОНЬ

07.10.2024  
(дата)

Вно асн 1137

