



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Виріб: Пов'язка хірургічна «MEDICARE» з абсорбуючою подушечкою, неткана, адгезивна, стерильна, 10 x 25см
Виробник: ТОВ «Допомога-І» на виробничих потужностях «PHARMAPLAST SAE»
Каталожний номер: PORE1025
Номер партії: 15E24
Дата виробництва: 2024.05
Термін придатності: 2029.05

№ п/п	Найменування якісних показників	Технічні вимоги	Результати тестування
1.	Зовнішній вигляд	Поверхня пов'язки має бути чистою, без плям, сторонніх часточок та дефектів	Відповідає вимогам
2.	Ширина (мм)	100 ±2мм	Відповідає вимогам
3.	Довжина (мм)	250 ±2мм	Відповідає вимогам
4.	Щільність нанесення адгезивного шару (г/м ²)	30 – 35г/м ²	Відповідає вимогам
5.	Інтенсивність відриву (Н/25мм)	11 ±3Н/25мм	Відповідає вимогам
6.	Стерильність	Виріб має бути стерильним	Відповідає вимогам

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікації

Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 50-3-PP

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості

Дата видачі сертифікату: 03.09.2024

Ольга ДОРОГУНЦОВА



Вч. сер. 15 0924

10. 09. 2024