



**ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія  
«Марля Клуб Калита»**

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,  
вул. Центральна, буд. 17, Україна  
тел.:(067) 440-87-01,050-337-47-38,e-mail:  
3103627@ukr.net, www. kalita.kiev.ua

**Паспорт**

**Бинт марлевий медичний нестерильний тип 17**

Розмір 7x14 см

Код партії/Lot: 006.2024.10.22

Дата виготовлення: 2024.10.22  
рік/місяць/число

Кількість продукції у парті 24200шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

**Результати випробувань**

Найменування випробувань	Номер пункту за ТУ	Норма для бинту	Результат
Довжина	3.2.3	7,0±0,3 м	6,8 м
Ширина	3.2.3	14,0±0,5 см	13,95 см
Діаметр	3.2.4	Не більше 35 мм	35 мм
Ступінь білизни*	3.3.5	Не менше 80%	Відповідає*
Капілярність*	3.3.5	Не менше 7,0 см	Відповідає*
Розривне навантаження по довжині	3.3.5	Не менше 79 Н	Відповідає*
Упаковка маркування	3.5,3.6	За ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Відповідає*

\*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності до: 2029.10.

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товмач Ю.М.  
(прізвище, підпис)



*Вх-ак № 1103 від 11.10.2024*