

## Сертифікат аналізу

### Стратадерм

Назва продукту та розмір:	Стратадерм 10 г	Номер замовлення покупця:	AMX5000802
SPA код:	SD010UA000418	Країна:	Україна
Номер серії:	22890	Реалізована кількість:	8064
Дата виробництва:	01/2024	Термін придатності:	01/2029

Показник	Специфікація	Метод аналізу	Результати	Пройдено / Не пройдено
В'язкість гелю @ 25 °C	3000 – 8000 cP	В'язкість по Брукфільду LVT, шпіндель 4, 12 RPM	5400	Пройдено
Зовнішній вигляд гелю	Білого кольору	Візуально	Білого кольору	Пройдено
Вміст нелетючих речовин	65-85 %	Сертифікат аналізу постачальника (2G/1H/150C/AI Cup)	79	Пройдено
Інфрачервона ідентифікація	Підтвердження ідентифікації	Сертифікат аналізу постачальника (0079\$0896)	Підтверджено	Пройдено

Ми даним засвідчуємо, що продукт згаданий вище був виготовлений і випущений у відповідності до вимог ISO 13485: 2016 і положення щодо медичних виробів 93/42/ЕЕС.

Дата випуску:	13 лютого 2024
Посада:	QARA Менеджер Стратфарма АГ
Підпис:	/підписано/

М.П.

Вх. амб 0016  
02.05.24

Сторінка 1 з 1