



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
 e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 37/0120

Пластир медичний для очей +103

стерильні

5 пластирів 5,7см x 8,2см

Серія № 19121901

Дата виготовлення: січень 2020

Термін придатності: грудень 2024

Кількість продукції в серії: 640 уп.

Декларація про відповідність № 12-2017 від 06.03.2017р.

Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.1	Пластир стерильний гіпоалергенний, форма випуску пов'язка овальної форми на нетканій основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень..	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4; Таблиця 2	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 8,2 см ±5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.3	8,2 см	Відповідає
	Ширина – 5,7см ± 5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.3	5,7 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.6	32,0 г/м ²	Відповідає
	Густина основи, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.6	56,0 г/м ²	Відповідає
	Густина подушечки, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.6	234,0 г/м ²	Відповідає
Стерильність	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.8	Вміст упаковки стерильний	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.9	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Пластир медичний для очей +103 стерильні 5,7см x 8,2см, серії 19121901, дата виготовлення: січень 2020, відповідає вимогам КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками. Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
29.01.2020 р.

Зименко О.В.



Вх. ак. № 1967 від 15.12.2020