



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва продукції	Виконання
Пояс зігріваючий еластичний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 68 до 75 см Окружність стегон від 96 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 76 до 81 см Окружність стегон від 102 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 82 до 87 см Окружність стегон від 108 до 113 см)
	розмір №5 (Окружність талії від 88 до 98 см Окружність стегон від 114 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 99 до 109 см Окружність стегон від 120 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 110 до 120 см Окружність стегон від 129 до 137 см)

Виробник
Декларація про відповідність
Дата виготовлення
Дата закінчення терміну придатності
Номер партії (LOT)
НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ДВ-5
2024-10
2029-10
10
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробках не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м ²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100	Відповідає
5	Комплектність, маркування та пакування	пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



С. Гринь
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(п.і.б.)

14.10.2024

Дата оформлення паспорту 10.2024р.

