



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 373/0924

Пластир Перцевий «Козаки»
Перфорований 10см(см) x 18см(см)

Серія № 40/3624
Дата виготовлення: 09. 2024
Термін придатності: 02. 2029
Кількість продукції в серії: 3 006 уп.
Декларація про відповідність №ЗПП-2020 від 06.03.2022р.
Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-013

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.1	Перфорований пластир тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4;Таблиця 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 18 см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.3	18,0 см	Відповідає
	Ширина – 10см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.3	10,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.5	83,0 г/м ²	Відповідає
	Густина основи, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.5	115,0 г/м ²	Відповідає
Міцність	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.4	244,0 гс/см	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Пластир Перцевий «Козаки» 10см(см) x 18см(см) перфорований, серії 40/3624, дата виготовлення: 09.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-013 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°С до плюс 35°С.

Заступник директора з виробництва
17.09.2024 р.



Зименко О.В.

Handwritten signature and date: 16.10.2024