

ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

ПАСПОРТ

Артикул: 1610110 : Серветка марлева медична 5 см x 5 см (8 шарів) №25 "Славна@", стерильна (тип 17)

ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Номер партії: 241104 Стерилізація оксидом етилену.

Дата виготовлення: 2024 -11

Кількість 640 паков

| № | Найменування основних показників | Пункт вимог технічних умов | Результати випробувань |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | Відповідність технологічній документації | 4.2 | Відповідає |
| 2 | Матеріали | 4.3 | Відповідає |
| 3 | Комплектність, маркування, пакування | 4.4 | Відповідає |
| 4 | Цілісність споживчого пакування | 4.5 | Відповідає |
| 5 | Герметичність споживчої тари | 4.16 | Відповідає |
| 6 | Зовнішній вигляд | 4.6 | Відповідає |
| 7 | Основні розміри | 4.7 | Відповідає |
| 8 | Перевірка маси та маси брутто | 4.8 | Відповідає |
| 9 | Стерильність | 4.15 | Відповідає |

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

Висновок:

1610110 Серветка марлева медична 5 см x 5 см (8 шарів) №25 "Славна@", стерильна (тип 17) відповідає вимогам ТУ У 21.2-19117325-011:2015



Начальник БТК



Сердюкова О.А.

Вх оди 0112 від 03.12.24
ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

ПАСПОРТ

Артикул: 1610133 : Серветка марлева медична 7,5 см x 7,5 см (8 шарів) №25 "Славна@", стерильна (тип 17)

ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Номер партії: 241004 Стерилізація оксидом етилену.

Дата виготовлення: 2024 -10

Кількість 80 паков

| № | Найменування основних показників | Пункт вимог технічних умов | Результати випробувань |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | Відповідність технологічній документації | 4.2 | Відповідає |
| 2 | Матеріали | 4.3 | Відповідає |
| 3 | Комплектність, маркування, пакування | 4.4 | Відповідає |
| 4 | Цілісність споживчого пакування | 4.5 | Відповідає |
| 5 | Герметичність споживчої тари | 4.16 | Відповідає |
| 6 | Зовнішній вигляд | 4.6 | Відповідає |
| 7 | Основні розміри | 4.7 | Відповідає |
| 8 | Перевірка маси та маси брутто | 4.8 | Відповідає |
| 9 | Стерильність | 4.15 | Відповідає |

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

Висновок:

1610133 Серветка марлева медична 7,5 см x 7,5 см (8 шарів) №25 "Славна@", стерильна (тип 17) відповідає вимогам ТУ У 21.2-19117325-011:2015



Начальник БТК



Сердюкова О.А.