

Паспорт

Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі CITOLAB™ К

Нормативний документ ТУ У 20.5-32208905-008:2017

Каталожний номер DCLABKSS50

Серія 240813

Використати до 12.08.2026 р.

Фізичні параметри:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішній вигляд	Пройшов
Маркування	Пройшов
Комплектність	Пройшов

Характеристики роботи тесту:

Показник	Негативний контрольний зразок	Позитивний контрольний зразок	Пройшов контроль, кількість
Кетони	Негативний	5-100 мг/дл	10/10

Показники якості тест-смужки діагностичної для аналізу сечі CITOLAB™ К, серія 240813, відповідають ТУ У 20.5-32208905-008:2017. Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис

Дата 27.09.2024 р.



Вх ак № 1402 від 09.10.2024 р.