


Liepaja Special Economic Zone LLC "NordePlast"
 VAT number: 42103074684
 Ziemeļu str. 19, Liepaja, LV-3405, Latvia
 Phone number: +371 20037773
 e-mail: info@nordeplast.com

 Nordeplast®

QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Пластир медичний Кінезіо тейп, 5см x 5м (рожевий)


Kinesio tape, 5 cm x 5 m

Date of manufacture / Дата виготовлення - 2023-09
 Expiry date / Термін придатності - 2028-08
 LOT number / Партия - 230270

Name / Назва		Unit / Одиниця виміру	Technical data / Технічні дані	Technical Requirement / Технічна вимога	Actual Result / Фактичний результат
Appearance / Зовнішній вигляд		-	Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир чистий, гладкий, промазаний клеєм, без плям, на задній частині пластиру не нанесений клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям, на задню частину пластиру не наноситься клей	OK / Відповідає
Size / Розмір	Width / ширина	cm	5 cm	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустимі відхилення лінійних розмірів не більше 10%	OK / Відповідає
	Length / довжина	m	5 m		OK / Відповідає
Glue content / Вміст клею		g/m ²	45	≥ 35 g/m ²	OK / Відповідає
Peel strength / Міцність на розрив		N/cm	2,5	≥ 1%	OK / Відповідає
Adhesiveness / Клейкість		mm	0	≥ 2,5 mm	OK / Відповідає
Elastic ratio / коефіцієнт пружності		%	170	≥ 150%	OK / Відповідає
The conclusion: The product in conformity with the technical requirements of standard / Висновок: продукт відповідає технічним вимогам стандарту					

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"
 Ліепайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»

Quality management system specialist assistant Anna Tascenko /
 Асистент спеціаліста системи управління якістю Анна Таценко



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.