

97346

Ansell

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ					
НАЗВА ПРОДУКТУ	ENCORE® LATEX ORTHO, Латексні Хірургічні Рукавички Стерильні - Без Пудри		Серія:	2312 0140 04	
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ		Дата виробництва:	2023/12/09	
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА		Термін придатності:	2026/12/09	
Характеристики Фізичне вимірювання		Специфікації S-2 AQL 4.0	Середнє значення	Мінімум	Максимум
Мінімальна довжина, мм					
5.5		≥ 250			
6.0		≥ 260			
6.5		≥ 260			
7.0		≥ 270			
7.5		≥ 270	300	300	302
8.0		≥ 270			
8.5		≥ 280			
9.0		≥ 280			
Ширина долоні, мм					
5.5		68-76			
6.0		72-82			
6.5		78-88			
7.0		84-94			
7.5		90-100	97	97	97
8.0		96-108			
8.5		102-114			
9.0		108-120			
Фізичні властивості		Серединне значення			
		Перед прискореним старінням			
Зусилля на розрив		≥ 9 N (серединне значення)		24.8 N	
		Після прискороного старіння			
Зусилля на розрив		≥ 9 N (серединне значення)		17.8 N	

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000МЛ)

РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИЙНЯТО/ВІДХИЛЕНО
8.5	200	3	4	0	ПРИЙНЯТО

Номер документу **EX-S8-5-AF-B**

СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ СОВАЛТ-60

Мінімальна доза: 25,00 кГр

* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис)

Затверджено (підпис)

Дата: 2024/02/21

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Переглянуто та затверджено:

Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)

Дата: 31-05-2024

* Доповнений витяг перекладу

