

# Ansell

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ				
НАЗВА ПРОДУКТУ	ENCORE® LATEX ORTHO, Латексні Хірургічні Рукавички Стерильні - Без Пудри		Серія:	2402 0036LC
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ		Дата виробництва:	2024/02/20
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА		Термін придатності:	2027/02/20
Характеристики	Специфікації	Середнє значення	Мінімум	Максимум
Фізичне вимірювання	S-2 AQL 4.0			
Мінімальна довжина, мм				
7.0	≥ 270	300	298	307
Ширина долоні, мм				
7.0	64-94	91	91	92
Товщина, мм (одинарна)				
Палець	0.13 мін	0.351	0.333	0.359
Долоня		0.300	0.284	0.316
Манжета		0.241	0.227	0.269
Фізичні властивості	Середнє значення			
Перед прискореним старінням				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		18.8 N	
Після прискороного старіння				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		15.6 N	
Вміст пудри, розмір виборки: 6 шт (Максимум: 2 мг/рук)				
Результат	мг/рук			0.10

Переглянуто та затверджено:  
Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)  
Дата: 08/05/2024

### РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000МЛ)

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИЙНЯТО/ВІДХИЛЕНО
7.0	200	3	4	0	ПРИЙНЯТО

Переглянуто та затверджено:  
Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)  
Дата: 23-Лют-2024

Номер СОП: EX-S8-5-AF-B

### СЕРТИФІКАТ ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ


Мінімальна доза: 25,00 кГр

\* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис)  
Затверджено (підпис)  
Дата: 2024/05/29

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

\* Додатковий витяг перекладу



Ex. ser 0539  
27.08.2024