



### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: Нетканый еластичний хірургічний пластир: «Леофікс»

**РОЗМІР** : 10м x 15см;  
**СЕРІЯ** : 20211204  
**Дата виробництва** : 2021.12  
**Термін придатності до** :2026.12  
**ТИП КЛЕЙОВОГО ШАРУ** : гіпоалергенний на основі акрилу  
**МАТЕРІАЛ** : пориста еластична основа

Ми підтверджуємо, що обидва матеріали протестовані, проінспектовані і відповідають своїм характеристикам. Результати проведених досліджень наступні:

<u>Назва дослідження</u>	<u>Вимірювання</u>	<u>Одиниці</u>	<u>Характеристики</u>	<u>Метод</u>
Вага клейового шару	26	г/м <sup>2</sup>	мін.20	CS 3957
Вага основи	47	г/м <sup>2</sup>	мін.40	CS 3957
<i>Міцність клею</i>	319	грсила/см	мін.200	CS 3957
Міцність на розрив	3,6	кгсила/см	мін.2,5	CS 3957
Пружність	15	%	макс.20	CS 3957
Проникність парів води через клейовий шар	4064	г/м <sup>2</sup>	мін.500	
Стабільність клею			не повинен прилипати до інших поверхонь зовнішньою стороною	CS 3957
<i>Кількість в упаковці</i>	: 1 шт.			
Кількість в коробі	: 40 уп.			
** Зберігати в сухому і прохолодному місці				

Ліу Пінг

R&D і адміністрація контролю якості

Дата: 01.12.2021

60 24 20618  
20618 20618