



**Сертифікат якості № 22 884**


1. Назва продукції: **Меновазан ПРО пластир знеболюючий**
2. Країна-виробник: **Україна**
3. Склад: **1 пластир містить: ментол рацемічний – 0.25 г, мелоксикам – 0.1 г, прокаїну гідрохлорид – 0.1 г, бензокаїн – 0.1 г, гідрогелева основа**
4. Розмір та тип пакування: **№5: по 1 пластиру у пакеті, по 5 пакетів в коробці**
5. Номер партії: **20240410** **Розмір партії: 39 782 шт.**
6. Дата виробництва: **квітень 2024**
7. Дата закінчення терміну придатності: **04.2027**
8. Назва, адреса діляниць з виробництва та контролю якості: **Анхуї Міао Де Танг Фармасьютікел Ко. Лтд., Зона Економічного Розвитку, повіт Линьцюань, Фуян Сіті, провінція Аньхой, Китай/ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.**
9. Декларація про відповідність медичних виробів: **№015**
10. Сертифікат про відповідність: **№UA.MD.481-22**
11. Контроль якості:

Показники	Вимоги НД (TD.UA.MD.015)	Результати
Зовнішній вигляд	Пластирі прямокутної форми	Відповідає
Запах	Специфічний запах	Відповідає
Розмір пластира	Ширина має бути від 9,5 см до 10,5 см Довжина має бути від 13,5 см до 14,5 см	10.0 см 13.9 см
Ідентифікація Ментол рацемічний	Має відповідати хроматограмі стандарту	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – $10^2$ КУО/г; загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – не більше $10^1$ КУО/г; Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> на 1 пластир Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> на 1 пластир	Відповідає
Упаковка	№ 5: по 1 пластиру у пакеті, по 5 пакетів в коробці	Відповідає

12. Висновок: **Медичний виріб Меновазан ПРО пластир знеболюючий відповідає вимогам TD.UA.MD.015 за перевіреними показниками**

13. Прізвище особи, яка видала дозвіл на випуск партії: **Жарська Р.А. Уповноважена особа з якості**

14. Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск партії: \_\_\_\_\_ 15. Дата підписання: **10.10.2024**



*Вх. Ан. № 2043 від*

*15.10.2024*