

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.:+380678254351 E-mail: argo\_plast@ukr.net

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 005/04-2024 від 03.04.2024 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі еластичний 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 300 «FP Family Plast»
НОМЕР ПАРТІЇ	FP202404513
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	202 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2024-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2029-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

<b>ОПИС</b>	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
-------------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вclusions	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

**ВИСНОВОК:** Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі еластичний 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 300 «FP Family Plast» партії FP202404513, дата виготовлення квітень 2024 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 03.04.2024 р.

/ Керівник системи управління якістю



*Вх амно445  
11.04.24*