

H

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape cotton "H Dr. House" Пластир медичний на тканинній основі "H Dr. House"	Specification Розмір	1,25 cm (cm) × 500 cm (cm), 2 cm (cm) × 500 cm (cm), ✓ 5 cm (cm) × 500 cm (cm)
Order No./ Заказ №	LXC23040352	Lot No./ Партія №	23040352
Quantity Кількість	28 200 Rolls 28 200 шт.	Test Date Дата перевірки	2023.05.15
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153030	Date of report Дата звіту	2023.05.15
Дата виготовлення	2023.05	Термін придатності	2028.04

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Результат перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обезклеювання	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	501.3	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.25±0.05 2.0/5.0±0.1	1.25/2.0/5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥80 g/m ²	109	OK Відповідає	
4.4	Peel off strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.8	OK Відповідає	
4.5	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5mm	0	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153030/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153030

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____

